

Nr sprawy IZM.I.272.28.2017.MA

## ZMIANA 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawców do przetargu nieograniczonego na: **dostawy rękawic chirurgicznych** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 70839 - 2017 dnia 21.04.2017 r.)

**Zamówienie składa się z 2 części:**

**Część 1: Dostawy rękawic chirurgicznych jałowych.**

**Część 2: Dostawy rękawic chirurgicznych zabiegowych.**

### I. Odpowiedzi na zapytania:

#### 1. Część 2, poz. 1.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o sile zrywu przed starzeniem min. 9,21 N. Rękawice, które oferujemy posiadają siły zrywu przed procesem starzenia wyższą niż wymagana, a zatem cechują się lepszą wytrzymałością na rozerwanie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

#### 2. Część 2, poz. 3.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o kształcie uniwersalnym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

#### 3. Prosimy o wykreślenie zapisu § 7 ust. 9 projektu umowy.

**Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**

#### 4. Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 7 ust. 15 o następującej treści: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

**Odp.: NIE, Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. Zamawiający terminowo realizuje swoje zobowiązania zgodnie**

z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 684).

**5. Część 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o uniwersalnym kształcie pasujące na lewą i prawą dłoń?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

**6. Część 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm ( $\pm 0,02$ mm), dłoni oraz mankiecie 0,11mm ( $\pm 0,02$ mm), spełniające pozostałe parametry siwz?

**Odp.: TAK, Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

**7. Część 2, pozycja 3**

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności zaoferowania rękawic zgodnych z normą ASTM F 1671?

**Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na odstępianie od normy ASTM F 1671.**

  
Namysłowskie Centrum Zdrowia  
Spółka Akcyjna  
PREZES ZARZĄDU  
*mgr Krzysztof Kuchczyński*