

Nazwa zamawiającego: POWIAT NAMYSŁOWSKI

Adres zamawiającego: Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów

Numer telefonu: +48 77 410 36 95, **Fax:** +48 77 410 39 22

NIP: 7521453127

REGON: 531412556

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu – Starostwa Powiatowego w Namysłowie – z informacjami na <https://bip.namyslow.pl/6/657/strona-glowna-bip.html>): /icg9251rpb/SkrytkaESP; /icg9251rpb/skrytka

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@namyslow.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://www.miniportal.uzp.gov.pl/>.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30 poniedziałek, środa i czwartek; 7:30 – 17:00 wtorek; 7:30 – 14:00 piątek.

ID postępowania: ocds-148610-f7b910cc-c91c-11eb-911f-9ad5f74c2a25.

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać również pod adresem: <https://www.namyslow.pl/1/strona-glowna.html> (zakładka Zamówienia publiczne).

Namysłów, dnia 18.06.2021 r.

Numer referencyjny IZM.I.272.7.2021.MA.

ZMIANA 2

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, zmienia się termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert oraz modyfikuje się SWZ poprzez wprowadzenie poprawionego formularza cenowego do zamówienia pn: **Dostawa nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia do centralnej sterylizatorni i pomieszczenia do mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego** (ogłoszonego pod numerem nr 2021/BZP 00077674/01 z dnia 2021-06-09, zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00083975/01 z dnia 2021-06-15, zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00087525/01 z dnia 2021-06-18), w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w/w ustawy.

Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne.

I. Odpowiedzi na zapytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału (l.p. 4) wyposażonego w zamek dwupunktowy typu „baskwil”?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału (l.p. 4) wykonanego w systemie pojedynczej ścianki, z frontem wykonanym w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem izolacyjno-wygluszającym w postaci plastra miodu?

- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału (l.p. 4) o głębokości min. 500mm? Proponujemy taką głębokość z uwagi na wysokość szafy i podstawę mobilną. Szafa o mniejszej głębokości będzie mało stabilna, co przy przemieszczaniu, lub otwieraniu drzwi może być bardzo niebezpieczne (ryzyko przewrócenia się szafy na użytkownika).
- Odp. Zamawiający dopuszcza głębokość regału od 400mm do 500 mm.**
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału (l.p. 4) wyposażonego w drzwi z uszczelkami, które nie są przeciwpyłowe? Oferowane uszczelki są bardzo dobrej jakości, przeznaczone do stosowania w wyrobach przeznaczonych do pomieszczeń czystych.
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 5) o wymiarach 960x680x1240mm, o pojemności 6 JW?
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 5) wyposażonego w dwa uchwyty do prowadzenia, umieszczone przy krótszych bokach?
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 5) z drzwiczkami dwuskrzydłowymi umieszczonymi na dwóch zawiasach?
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 5) wyposażonego w drzwi z uszczelkami, które nie są przeciwpyłowe? Oferowane uszczelki są bardzo dobrej jakości, przeznaczone do stosowania w wyrobach przeznaczonych do pomieszczeń czystych.
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 5) wyposażonego w odbojnik z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, w formie krążków umieszczonych nad kołami?
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału (l.p. 11) wyposażonego w nóżki o wysokości 140mm z regulacją wysokości w zakresie 20mm?
- Odp. Zamawiający dopuszcza: nóżki o wysokości od 140mm do 150mm; nóżki z regulacją wysokości w zakresie 20mm.**
11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 12) wyposażonego w blat o grubości blachy 1,2mm; usztywniony od spodu elementami metalowymi?
- Odp. Zamawiający dopuszcza blat o grubości blachy od 1,2mm do 1,5mm.**
12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 12) wyposażonego w szafkę pod blatem wykonaną w systemie pojedynczej ścianki, z frontem wykonanym w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem izolacyjno-wygluszającym w postaci plastra miodu?
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 12) wyposażonego w szafkę z drzwiami z uszczelkami, które nie są przeciwpyłowe? Oferowane uszczelki są bardzo dobrej jakości, przeznaczone do stosowania w wyrobach przeznaczonych do pomieszczeń czystych.
- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 12) wyposażonego w nóżki o wysokości 140mm z regulacją wysokości w zakresie 20mm?

- Odp. Zamawiający dopuszcza: nóżki o wysokości od 140mm do 150mm; nóżki z regulacją wysokości w zakresie 20mm.**
15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 14, 23) wyposażonego w blat o grubości blachy 1,2mm; usztywniony od spodu elementami metalowymi?
Odp. Zamawiający dopuszcza blat o grubości blachy od 1,2mm do 1,5mm.
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 14, 23) wyposażonego w szafki pod blatem wykonane w systemie pojedynczej ścianki, z frontem wykonanym w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem izolacyjno-wygluszającym w postaci plastra miodu?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 14, 23) wyposażonego w szafki z drzwiami z uszczelkami, które nie są przeciwpyłowe? Oferowane uszczelki są bardzo dobrej jakości, przeznaczone do stosowania w wyrobach przeznaczonych do pomieszczeń czystych.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 14, 23) wyposażonego w nóżki o wysokości 140mm z regulacją wysokości w zakresie 20mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza: nóżki o wysokości od 140mm do 150mm; nóżki z regulacją wysokości w zakresie 20mm.
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 15, 24) wyposażonego w blat i półkę o grubości blachy 1,2mm; blat usztywniony od spodu elementami metalowymi?
Odp. Zamawiający dopuszcza: blat o grubości blachy od 1,2mm do 1,5mm, blat usztywniony od spodu elementami metalowymi.
20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 15, 24) wyposażonego w półkę umieszczoną na wysokości 140mm od podłoża?
Odp. Zamawiający dopuszcza półkę umieszczoną na wysokości od 140mm do 150mm, od podłoża.
21. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regału (l.p. 17, 19, 31) wyposażonego w odbojniki z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, w formie krążków umieszczonych nad kołami?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 18) o wymiarach 680x680x1240mm, o pojemności 3 JW?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 18) wyposażonego w dwa uchwyty do prowadzenia, umieszczone przy krótszych bokach?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 18) z drzwiczkami jedno skrzydłowymi umieszczonymi na dwóch zawiasach?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
25. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 18) wyposażonego w drzwi z uszczelkami, które nie są przeciwpyłowe? Oferowane uszczelki są bardzo dobrej jakości, przeznaczone do stosowania w wyrobach przeznaczonych do pomieszczeń czystych.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
26. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 18) wyposażonego w odbojniki z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, w formie krążków umieszczonych nad kołami?

- Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu (l.p. 24) o konstrukcji z profili 30x30x1,2mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza stół o konstrukcji z profili kwadratowych od 25 do 30 x od 25 do 30 x od 1 do 1,2 mm.
28. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 26) wyposażonego w kółka fi 80mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza kółka fi od 80mm do 100 mm.
29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 26) o wymiarach 1400x450x875mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach od 1300 do 1400 x od 430 do 450 x od 700 do 875 mm.
30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (l.p. 27) wyposażonej w zamek dwupunktowy typu „baskwil”?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (l.p. 27) wykonanej w systemie pojedynczej ścianki, z frontem wykonanym w systemie podwójnej ścianki z wypełnieniem izolacyjno-wygluszającym w postaci plastra miodu?
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (l.p. 27) wyposażonej w nóżki o wysokości 140mm z regulacją wysokości w zakresie 20mm.
Odp. Zamawiający dopuszcza: nóżki o wysokości od 140mm do 150mm; nóżki z regulacją wysokości w zakresie 20mm.
33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (l.p. 27) wyposażonej w drzwi z uszczelkami, które nie są przeciwpylowe? Oferowane uszczelki są bardzo dobrej jakości, przeznaczone do stosowania w wyrobach przeznaczonych do pomieszczeń czystych.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.
34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka (l.p. 32) o wymiarach zewnętrznych: 1080x600x850?
Odp. Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach zewnętrznych 1080x600x850.

II. W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się następujących zmian:

W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się zmiany w: **SEKCJI VIII – PROCEDURA**

- wyrazy:

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22

- zastępuje się wyrazami:

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-24 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-24 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-23

III. W SWZ dokonuje się następujących zmian:

1. W SIWZ w pkt. 11.1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

- wyrazy: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **22.07.2021 r.**

- zastępuje się wyrazami: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **23.07.2021 r.**

2. W SIWZ w pkt. 13.11 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- wyrazy: Termin składania ofert upływa dnia **23.06.2020 r.** o godz. **10:00.**

- zastępuje się wyrazami: Termin składania ofert upływa dnia **24.06.2021 r.** o godz. **10:00.**

3. W SIWZ w pkt. 14.1 OTWARCIE OFERT:

- wyrazy: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **23.06.2021 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.

- zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **24.06.2021 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.

IV. Zmiana załącznika do SWZ:

Zmienia się formularz cenowy:

- załącznik o nazwie: „04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy”,

- zastępuje się nowym o nazwie: „04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy po Zmianie 2”.

Z up. Zarządu
Powiatu Namysłowskiego
Sławomir Minborch
Sekretarz Powiatu
Namysłowskiego

