

**Nazwa zamawiającego: POWIAT NAMYSŁOWSKI**

**Adres zamawiającego:** Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów

**Numer telefonu:** +48 77 410 36 95, **Fax:** +48 77 410 39 22

**NIP:** 7521453127

**REGON:** 531412556

**Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu – Starostwa Powiatowego w Namysłowie – z informacjami na <https://bip.namyslow.pl/6/657/strona-glowna-bip.html>):** /icg9251rpb/SkrytkaESP; /icg9251rpb/skrytka

**Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@namyslow.pl

**Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://www.miniportal.uzp.gov.pl/>.

**Godziny pracy Zamawiającego:** 7:30 – 15:30 poniedziałek, środa i czwartek; 7:30 – 17:00 wtorek; 7:30 – 14:00 piątek.

**ID postępowania:** ocds-148610-f7b910cc-c91c-11eb-911f-9ad5f74c2a25.

Dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać również pod adresem: <https://www.namyslow.pl/1/strona-glowna.html> (zakładka Zamówienia publiczne).

Namysłów, dnia 23.06.2021 r.

Numer referencyjny IZM.I.272.7.2021.MA.

## ZMIANA 3

Na podstawie art. 284, 286 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, zmienia się termin związania ofertą, składania i otwarcia ofert oraz modyfikuje się SWZ poprzez wprowadzenie poprawionego formularza cenowego i poprawionych charakterystyk przedmiotu zamówienia do postępowania pn: **Dostawa nowoczesnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia do centralnej sterylizatorni i pomieszczenia do mycia i dezynfekcji środków transportu szpitalnego** (ogłoszonego pod numerem nr 2021/BZP 00077674/01 z dnia 2021-06-09, zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00083975/01 z dnia 2021-06-15, zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00087525/01 z dnia 2021-06-18, zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00091755/01 z dnia 2021-06-23), w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w/w ustawy.

Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne.

### I. Odpowiedzi na zapytania:

1. Załącznik Nr 3.5 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Sterylicator parowy mały. L.p. 3.** Czy Zamawiający dopuści pojemność komory 150 litrów do koszy sterylizacyjnych o wymiarach 436 x 365 x170 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.**

2. Załącznik Nr 3.5 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Sterylicator parowy mały. L.p. 4.** Czy Zamawiający dopuści wymiary gabarytowe sterylicatora 800 x 1615 x 1200 (szer. x wys. x gł.)?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne sterylicatora od 800 do 910 x od 1615 do 1900 x od 1040 do 1200 mm (szer. x wys. x gł.).**
3. Załącznik Nr 3.5 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Sterylicator parowy mały. L.p. 6.** Czy Zamawiający dopuści szerokość komory 400 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza szerokość komory sterylicacyjnej od 320 do 400 mm.**
4. Załącznik Nr 3.5 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Sterylicator parowy mały. L.p. 7.** Czy Zamawiający dopuści głębokość komory sterylicacyjnej 950 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza głębokość komory sterylicacyjnej 690 do 950 mm.**
5. Załącznik Nr 3.5 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Sterylicator parowy mały. L.p. 8.** Czy Zamawiający dopuści wysokość komory sterylicacyjnej 400 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza wysokość komory sterylicacyjnej od 400 do 690 mm.**
6. Załącznik Nr 3.5 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Sterylicator parowy mały. L.p. 10.** Czy Zamawiający dopuści komorę poziomą prostopadłościenną, naroża zaokrąglone, powierzchnia wewnętrzna szlifowana ręcznie Ra 0,6 (minimum).  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.**
7. Załącznik Nr 3.5 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Sterylicator parowy mały. L.p. 19.** Czy Zamawiający dopuści drzwi przesuwane pionowo w wewnętrznej konstrukcji urządzenia otwierane i zamykane automatycznie, blokowane mechanicznie w czasie trwania cyklu sterylicacji z napędem elektrycznym?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.**
8. Załącznik Nr 3.5 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Sterylicator parowy mały. L.p. 23.** Czy Zamawiający dopuści zawory bezpieczeństwa o nastawie 2,8 Bar?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.**
9. Załącznik Nr 3.5 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Sterylicator parowy mały. L.p. 32.** Czy Zamawiający dopuści moc grzałek 18 kW?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza moc grzałek w zakresie 13-18 kW.**
10. Załącznik Nr 3.3 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Przelotowa myjnia dezynfektor. Lp. 5.** Prosimy o usunięcie zapisu wymogu „bariery sterylnej”.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza urządzenie bez bariery sterylnej.**
11. Załącznik Nr 3.3 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Przelotowa myjnia dezynfektor.** Czy Zamawiający wymaga po jednym wózku transportowym dokowanym do myjni po stronie brudnej i czystej? Uzasadnienie: Rozwiązanie takie umożliwia wsunięcie i wysunięcie wózka z załadowczego bezpośrednio na wózek transportowy co poprawia komfort obsługi.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.**
12. Załącznik Nr 3.2 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Myjnia ultradźwiękowa dwukomorowa. L.p. 8.** Czy Zamawiający dopuści komorę o głębokości 200-220 mm?

- Odp. Zamawiający dopuszcza komorę o głębokości od 215 do 255 mm.**
13. Załącznik Nr 3.2 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Myjnia ultradźwiękowa dwukomorowa. L.p. 9.** Czy Zamawiający dopuści pojemność komór: 2 x 32 l.?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza pojemność komór: 2 x od 30 do 55 l.**
14. Załącznik Nr 3.2 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Myjnia ultradźwiękowa dwukomorowa. L.p. 10.** Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne nieznacznie większe: szer.: 1500 mm, wys.: 870 mm, głęb.: 700 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne: Szer.: od 1300 do 1500 mm; Wys.: od 830 do 870 mm; Głęb.: od 550 do 700 mm.**
15. Załącznik Nr 3.2 do formularza oferty po Zmianie 1. Charakterystyka: **Myjnia ultradźwiękowa dwukomorowa. L.p. 13.** Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy generatora 35kHz?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza częstotliwość pracy generatora od 35 do 40kHz**
16. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 2.** Czy Zamawiający dopuści metalowe biurko na metalowym stelażu z kontenerem biurowym, metalowy centralny zamek kluczowy w kontenerze podbiurkowym, szafki szufladowe zawieszane pod biurkiem (wym. Dł. 1300 mm x szer. 600 mm x wys. 870 mm)?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie. Zamawiający dopuszcza biurko o wym. dł. od 1200 do 1400 mm x szer. 600 mm x wys. od 700 do 900 mm.**
17. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 4.** Czy Zamawiający dopuści regał biurowy zamykany o wymiarach 800 x 560 x 2000 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza regał biurowy zamykany 800 x od 400 do 600 x od 1800 do 2000 mm.**
18. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 5.** Czy Zamawiający dopuści międzyoddziałowy zamknięty wózek do transportu materiału o pojemności 6 JW i wymiarach 780 x 670 x 1170 mm z uchwytem do prowadzenia po jednej stronie i jednymi drzwiami?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.**
19. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 11.** Czy Zamawiający dopuści regał o żądanych wymiarach z 6 półkami?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.**
20. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 20.** Czy Zamawiający dopuści stół roboczy 160 cm z 2-ma szafkami o długości 80 cm każda, wykonanymi ze stali kwasoodpornej OH18N9 ?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanego w pytaniu rozwiązania.**
21. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 16.** Czy Zamawiający dopuści wbudowaną komorę o wymiarach 600x400x250 mm. Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych 25x25. Wymiary zewnętrzne 800x600x870 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowane w pytaniu rozwiązanie.**
22. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 17.** Czy Zamawiający dopuści regał przejezdny czteropółkowy o wymiarach 680x670x1609 mm?

- Odp. Zamawiający dopuszcza regał 4 lub 5 półkowy o wymiarach od 600 do 900 x od 600 do 700 x od 1600 do 1700 mm.**
23. Załącznik nr 2 do SWZ. Projekt umowy: § 2 pkt. 11 oraz § 4 pkt. 14 Prosimy o sprecyzowanie pojęcia „wykonanie dokumentacji powykonawczej”.
- Odp. Przez wykonanie dokumentacji powykonawczej należy rozumieć m.in. przygotowanie i zatwierdzenie dokumentacji w UDT oraz pozostałych dokumentów i działań pozwalających na użytkowanie sprzętu/urządzeń.**
24. Dotyczy: informacji o drodze transportowej. Prosimy Zamawiającego o informację jak wygląda droga transportowa do miejsca posadowienia urządzenia. Uzasadnienie: prosimy o podanie rozmiarów otworów drzwiowych: ich szerokości i wysokości oraz informacji czy droga transportowa jest płaska - czy nie występują przeszkody architektoniczne typu schody, windy (prosimy o podanie ew. wymiarów windy i jej nośności). Informacja ta jest niezbędna do wyceny oferty oraz zaplanowania logistycznej obsługi kontraktu.
- Odp. Przebudowywane pomieszczenia z przeznaczeniem na Centralną Sterylizatornię znajdują się w piwnicy. Dostęp zarówno klatką schodową jak i windą (o nośności 1600 kg; o wymiarach drzwi 1200x2000mm; o wymiarach kabiny: dł. 2400, szer. 1400 mm, wys. 2100 mm).**
25. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 18.** Czy Zamawiający dopuści międzyoddziałowy wózek do transportu materiałów sterylnych o pojemności 3 STE z kołami o średnicy 100mm i wymiarach 470 x 670 x 1170 mm?
- Odp. Zamawiający dopuszcza międzyoddziałowy wózek do transportu materiałów sterylnych o pojemności 3 STE z kołami o średnicy 100mm. Zamawiający dopuszcza wymiary: od 470 do 680 x od 670 do 680 x od 1150 do 1240 mm.**
26. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 19.** Czy Zamawiający dopuści regał przejezdny czteropółkowy o wymiarach 680x670x1609 mm?
- Odp. Zamawiający dopuszcza regał 4 lub 5 półkowy o wymiarach od 600 do 900 x od 600 do 700 x od 1600 do 1700 mm.**
27. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 23.** Czy Zamawiający dopuści stół roboczy 160 cm z 2-ma szafkami o długości 80 cm każda, wykonanymi ze stali kwasoodpornej OH18N9?
- Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanego w pytaniu rozwiązania.**
28. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 25.** Czy Zamawiający dopuści konstrukcję stołu wykonaną z profili kwadratowych 25x25 mm?
- Odp. Zamawiający dopuszcza profile kwadratowe od 25 do 30 x od 25 do 30 x od 1 do 1,2 mm**
29. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 31.** Czy Zamawiający dopuści regał przejezdny czteropółkowy o wymiarach 680x670x1609 mm?
- Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowanego w pytaniu rozwiązania.**
30. Załącznik Nr 2 do formularza oferty po Zmianie 2 Formularz cenowy: **L.p. 32.** Czy Zamawiający dopuści wózek załadowniczy o żądanych wymiarach bez uchwytu z kołami o średnicy 100 mm?
- Odp. Zamawiający dopuszcza wózek załadowniczy o żądanych wymiarach bez uchwytu z kołami o średnicy 100 mm.**

## II. W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się następujących zmian:

W Ogłoszeniu o zamówieniu dokonuje się zmiany w: **SEKCJI VIII – PROCEDURA**  
- wyrazy:

**8.1.) Termin składania ofert:** 2021-06-24 10:00

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2021-06-24 11:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2021-07-23

- zastępuje się wyrazami:

**8.1.) Termin składania ofert:** 2021-06-28 10:00

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2021-06-28 11:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2021-07-27

## III. W SWZ dokonuje się następujących zmian:

### 1. W SIWZ w pkt. 11.1 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

- wyrazy: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **23.07.2021 r.**

- zastępuje się wyrazami: Wykonawca jest związany ofertą do dnia **27.07.2021 r.**

### 2. W SIWZ w pkt. 13.11 SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- wyrazy: Termin składania ofert upływa dnia **24.06.2020 r.** o godz. **10:00**.

- zastępuje się wyrazami: Termin składania ofert upływa dnia **28.06.2021 r.** o godz. **10:00**.

### 3. W SIWZ w pkt. 14.1 OTWARCIE OFERT:

- wyrazy: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **24.06.2021 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.

- zastępuje się wyrazami: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **28.06.2021 r.** o godz. **11:00** w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.

## IV. Zmiana załączników do SWZ:

### 1. Zmienia się formularz cenowy:

- załącznik o nazwie: „04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy po Zmianie 2”,

- zastępuje się nowym o nazwie: „04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy po Zmianie 3”.


### 2. Zmienia się charakterystyki przedmiotu zamówienia:

- załączniki o nazwach: „06 Załącznik nr 1.3.2 Charakterystyka Myjnia ultradźwiękowa po Zmianie 1; 07 Załącznik nr 1.3.3 Charakterystyka Przelotowa myjnia dezynfektor po Zmianie 1; 09 Załącznik nr 1.3.5 Charakterystyka Sterylizator parowy mały po Zmianie 1”,

- zastępuje się nowymi o nazwach: „06 Załącznik nr 1.3.2 Charakterystyka Myjnia ultradźwiękowa po Zmianie 3; 07 Załącznik nr 1.3.3 Charakterystyka Przelotowa myjnia dezynfektor po Zmianie 3; 09 Załącznik nr 1.3.5 Charakterystyka Sterylizator parowy mały po Zmianie 3”.

Do wiadomości:

1. SMS Sp. z o.o.  
ul. Norberta Adamowicza 8  
05-530 Góra Kalwaria
2. ALVO Sp. z o.o., Sp. k.  
ul. Południowa 21A  
65-030 Śmiegiel
3. miniPortal UZP
4. Strona internetowa Powiatu Namysłowskiego
5. a/a.

  
Członek Zarządu  
Powiatu Namysłowskiego  
Tomasz Wiciak