

Namysłowskie Centrum Zdrowia
Spółka Akcyjna
ul. Oleśnicka 4
46-100 Namysłów

Namysłów, dnia 13.11.2015 r.

Nr sprawy IZM.I.272.20.2015.MA

ZMIANA 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), w związku z zapytaniem wykonawcy udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endourologicznych do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.: ureterorenoskopu, lasera holmowego i aparatu USG** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 303874-2015 dnia 10.11.2015 r.).

I. Odpowiedzi na zapytania:

1. Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli Aparat USG, jako osobne zadanie? Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.
2. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający opisując tryby pracy aparatu USG w pkt 5 miał na myśli: PW Doppler (w tym triplex) i M-Mode.
Odp. Tak.
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowicę brzuszną o częstotliwości pracy 2-5MHz oraz głowicę endowaginalną/endorektalną o częstotliwości pracy 4-10MHz? Oferowane częstotliwości nie wiele różnią się od wymaganych i taka modyfikacja nie będzie miała wpływu na jakość badania.
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.

Namysłowskie Centrum Zdrowia
Spółka Akcyjna
PREZES ZARZĄDU
mgr Krzysztof Kuchczyński