

Nr sprawy IZM.I.272.20.2015.MA

## **ZMIANA 2**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), w związku z zapytaniem wykonawców udziela się odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów endourologicznych do Namysłowskiego Centrum Zdrowia S.A.: ureterorenoskopu, lasera holmowego i aparatu USG** (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 303874-2015 dnia 10.11.2015 r.).

### **I. Odpowiedzi na zapytania:**

1. Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego z monitorem wielkości 15 cali. Pragniemy zauważyć, iż najważniejsza dla Zamawiającego jest wielkość obrazu diagnostycznego a nie wielkość monitora. Oferowany przez nas aparat ma funkcję wyodrębniającą obraz diagnostyczny na całą powierzchnię monitora, bez utraty jakości obrazu. Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na jakość obrazowania i zdolności diagnostyczne ultrasonografu.  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**
2. Prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości ultrasonografu o częstotliwości pracy 1 MHz do 16 MHz. Różnica 1 MHz nie wpłynie w żaden sposób na jakość obrazowania. Pragniemy również nadmienić, iż Zamawiający wybrał głowice o częstotliwości pracy do 10 MHz.  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
3. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu ureterorenoskopu w celu zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert.  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**
4. Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**
5. Czy w § 6 pkt. 1 ust. 2 i ust. 8 Zamawiający obniży kary umowne z 30% na 10% wartości wynagrodzenia z § 5 ust. 2?  
**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**
6. Czy Zamawiający dopuści Ureterorenoskop, typ kompaktowy z optyką zintegrowaną o wymiarze części roboczej mniejszej, równej 9,5 Fr i końcówce dystalnej równej 8 Fr, oraz o kącie patrzenia optyki równym 60°? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**

7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny wyposażony w głowicę brzuszną o częstotliwości pracy 1,8-6MHz o liczbie elementów 192 oraz w głowicę endowaginalną/endorektalną o częstotliwości pracy 4-9MHz i liczbie elementów 192? Pragniemy zapewnić, iż niewielkie różnice w zakresie częstotliwości pracy nie mają wpływu na jakość diagnostyczną natomiast liczba elementów 192 gwarantuje doskonałą jakość obrazu. Oferowany aparat spełnia wszystkie pozostałe wymogi Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowany w pytaniu aparat ultrasonograficzny.**

8. Zamawiający wymaga podania adresu strony internetowej na, której jest udostępniona charakterystyka urządzeń proponowanych w ofercie w celu ich zweryfikowania. Z uwagi na fakt, iż każda tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie na stronie internetowej potwierdzić wszystkich wymaganych informacji ujętych w tabeli technicznej. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oryginalnego folderu producenta lub oświadczenia wystawionego przez firmę utworzoną przez producenta dla reprezentowania jego interesów na terenie Polski o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązanie.**

9. Pkt 15 formularz „Oferta” – Prosimy o usunięcie przedmiotowego punktu, gdyż roboty budowlane nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

**Odp. Pkt 15 formularza oferty otrzymuje brzmienie: „Oświadczamy, że dostawy objęte przedmiotem umowy wykonamy samodzielnie – bez udziału podwykonawców / przy pomocy podwykonawców\*.”**

10. §6 ust. 1.1 i 1.3 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych do 0,2%?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.**

Namysłowskie Centrum Zdrowia  
Spółka Akcyjna  
PREZES ZARZĄDU  
mgr Krzysztof Kuchczyński